

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πάτρα, 17/05/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:8149/17-05-2019

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-διορθώσεις στο Πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού (Ανιχνευτής, στήλες, προστήλες χρωματογραφίας)» Α.Π. 8020/15.05.2019, ΑΔΑΜ 19PROC004950451.

1. Σελίδα 25

το σημείο Δ.2 του πίνακα

Δ.2	Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας: τουλάχιστον 12 μήνες. Ειδικά για το κελί, τον φούρνο και τα θερμοζεύγη του DSC απαιτείται εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνων	ΝΑΙ, να αναφερθεί		
-----	---	-------------------	--	--

αντικαθίσταται με το εξής ορθό:

Δ.2	Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας: τουλάχιστον 12 μήνες.	ΝΑΙ, να αναφερθεί		
-----	---	-------------------	--	--

2. Σελίδα 30:

το σημείο Δ.2 του πίνακα

Δ.2	Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας: τουλάχιστον 12 μήνες. Ειδικά για το κελί, τον φούρνο και τα θερμοζεύγη του DSC απαιτείται εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνων	ΝΑΙ, να αναφερθεί		
-----	---	-------------------	--	--

αντικαθίσταται με το εξής ορθό:

Δ.2	Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας: τουλάχιστον 12 μήνες.	ΝΑΙ, να αναφερθεί		
-----	---	-------------------	--	--

Για το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Βασίλειος Μπουργανός

Διευθυντής ΙΕΧΜΗ - ΙΤΕ