

**ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι

Τ.Κ.: 265 04, Πάτρα

Πληροφορίες: Χρήστος Τσακίρογλου

Τηλέφωνο: +302610 965212

e-mail: ctsakir@iceht.forth.gr

Θέμα: Διευκρινίσεις - αντικαταστάσεις

Σχετικά: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρο-εξοπλισμού και ανταλλακτικών αναβάθμισης εξοπλισμού» Α.Π. (Τ.Π.) 127/04.03.2019, ΑΔΑΜ Διακήρυξης 19PROC004555947

Σας ενημερώνουμε ότι

1. Σελίδα 35:

Η παρακάτω προδιαγραφή στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών

ΤΜΗΜΑ 8- Αναβάθμιση τεχνικών φυσικοχημικού χαρακτήρισμού: Εργαστηριακός αυλωτός φούρνος (Tube furnace) μέγιστης θερμοκρασίας 1200 οC για την πυρόλυση ανθρακούχων υλικών		
α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές	Υποχρ/κή Απαίτηση
3	Εσωτερική διάμετρος αυλού 30-60 cm	ΝΑΙ

αντικαθίσταται με την εξής ορθή:

A.1.1 3D Laser Scanner		
α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές	Υποχρ/κή Απαίτηση
3	Εσωτερική διάμετρος αυλού 30-60 mm	ΝΑΙ

Επισημαίνεται ότι έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένο παράρτημα

**Για το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας**

Βασίλειος Μπουργανός

Δ/της ΙΕΧΜΗ-ΙΤΕ