



ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
70013 Ηράκλειο Κρήτης

Ηράκλειο, 07/08/2025

Α.Π. 189928

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Α. Π. 188995/31.07.2025, ΑΔΑΜ 25PROC017326500

Σχετικά: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια ανταλλακτικών συμβατών με LEYBOLD SC30D και SC15D», Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 377944

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται Διευκρίνιση σε σχέση με τα παρακάτω σημεία της αρχικής διακήρυξης:

1. Σελίδα 62:

Η παρακάτω προδιαγραφή στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών

α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση
1.1	Η προσφορά δίδεται για ένα (1) «Major Service Kit SC30D» συμβατό με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό αντλίας κενού του ΙΗΔΛ (κατασκευαστής LEYBOLD, μοντέλο SC30D, κωδικός EK 870000501) Συσκευασία με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την περιοδική συντήρηση της εν λόγω αντλίας τύπου «dry» (άνευ λαδιού). Η συσκευασία περιλαμβάνει στεγανωτικά o-ring και ελαστικά, άξονες, tip seals, διάφορα μεταλλικά μέρη, λιπαντικό κλπ.	Ναι, να αναφερθεί

αντικαθίσταται με την εξής ορθή:

α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση
1.1	Η προσφορά δίδεται για έξι (6) «Major Service Kit SC30D» συμβατά με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό αντλίας κενού του ΙΗΔΛ (κατασκευαστής LEYBOLD, μοντέλο SC30D, κωδικός EK 870000501) Συσκευασία με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την περιοδική συντήρηση της εν λόγω αντλίας τύπου «dry» (άνευ λαδιού). Η συσκευασία περιλαμβάνει στεγανωτικά o-ring και ελαστικά, άξονες, tip seals, διάφορα μεταλλικά μέρη, λιπαντικό κλπ.	Ναι, να αναφερθεί

2. Σελίδα 62:

Η παρακάτω προδιαγραφή στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών

α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση
2.1	Η προσφορά δίδεται για ένα (1) «Major Service Kit SC15D» συμβατό με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό αντλίας κενού του ΙΗΔΛ (κατασκευαστής LEYBOLD, μοντέλο SC15D, κωδικός ΕΚ 870000500) Συσκευασία με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την περιοδική συντήρηση της εν λόγω αντλίας τύπου «dry» (άνευ λαδιού). Η συσκευασία περιλαμβάνει στεγανωτικά o-ring και ελαστικά, άξονες, tip seals, διάφορα μεταλλικά μέρη, λιπαντικό κλπ	Ναι, να αναφερθεί

αντικαθίσταται με την εξής ορθή:

α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση
2.1	Η προσφορά δίδεται για τρία (3) «Major Service Kit SC15D» συμβατά με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό αντλίας κενού του ΙΗΔΛ (κατασκευαστής LEYBOLD, μοντέλο SC15D, κωδικός ΕΚ 870000500) Συσκευασία με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την περιοδική συντήρηση της εν λόγω αντλίας τύπου «dry» (άνευ λαδιού). Η συσκευασία περιλαμβάνει στεγανωτικά o-ring και ελαστικά, άξονες, tip seals, διάφορα μεταλλικά μέρη, λιπαντικό κλπ	Ναι, να αναφερθεί

**Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ – ΙΤΕ)**

**Εμμ. Στρατάκης
Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΗΔΛ- ΙΤΕ**